



PROT. 18642

Lì 23/12/2005

**AZIENDA SANITARIA U.S.L. n. 2 -POTENZA
VIA TORRACA, 2 85100 POTENZA
U.O. FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO E TERRITORIALI
Tel. 0975-312419
Fax 0975-312474**

OGGETTO: pubblico incanto per l'affidamento della fornitura "in service" di sistemi completi per diagnostica di emogasanalisi, occorrenti per le UU.OO. Pneumologia, Nefrologia e Dialisi, Pronto Soccorso e Accettazione del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri.
CHIARIMENTI N. 1

Con riferimento alla gara indicata in oggetto, sono pervenute richieste di chiarimenti da parte di Ditta interessata alla partecipazione.

Nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza amministrativa, si riportano di seguito chiarimenti richiesti:

DOMANDA n. 1:

- nell'offerta economica chiedete di indicare a costo zero i calibratori. Cosa intendete con calibratori, dato che in realtà le soluzioni calibranti sono da considerarsi quali reagenti?

RISPOSTA n. 1

- I calibratori sono considerati soluzioni o sostanze che permettono di standardizzare il sistema secondo valori predeterminati prima dell'avvio del processo analitico, qualora il sistema lo preveda.
I reagenti sono sostanze che sono utilizzate nel processo analitico.

DOMANDA n. 2

- Quando, nel capitolato tecnico chiedete che l'apparecchiatura sia predisposta per impiantare ulteriori elettrodi, ne volete l'effettiva quotazione (ed in questo caso anche eventuali reagenti), oppure basta una semplice dichiarazione?

RISPOSTA n. 2

- Dalla documentazione tecnica presentata dovrà risultare che la strumentazione proposta è predisposta per impiantare elettrodi per l'analisi di lattato ed urea. Le quotazioni dei suddetti dispositivi e dei reagenti dovranno essere indicate separatamente come opzioni nell'offerta economica, ovvero determinabili direttamente dall'applicazione della percentuale di sconto offerta sui prezzi riportati nel listino presentato a corredo dell'offerta economica.