

CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME DEI DISPOSITIVI MEDICI RICHIESTI

Oggetto della fornitura sono i dispositivi e gli arredi per l'ambulatorio odontoiatrico del Poliambulatorio di Sant'Arcangelo (Pz) elencati e descritti, con le relative caratteristiche minime, nella presente appendice:

1. Riunito dentistico composto da:
 - 1.1. Poltrona a movimento elettrico con ampia escursione sia delle variazioni in altezza della seduta che dell'inclinazione dello schienale, possibilità di posizionamento in Trendelenburg, rivestimento facilmente lavabile e disinfettabile (privo di cuciture) e caratterizzata, preferibilmente, dalle seguenti peculiarità:
 - 1.1.1. Poggiatesta agevolmente regolabile in diverse posizioni;
 - 1.1.2. Possibilità di memorizzare e richiamare diverse posizioni di lavoro (preset).
 - 1.2. Gruppo idrico con vaschetta facilmente lavabile, tubi di aspirazione asportabili per le operazioni di disinfezione e caratterizzato, preferibilmente, dalle seguenti peculiarità:
 - 1.2.1. Possibilità di installare un separatore di amalgama;
 - 1.2.2. Risciacquo automatico;
 - 1.2.3. Eventuale possibilità di aggiungere sostanze disinfettanti all'acqua utilizzata per gli strumenti.
 - 1.3. Lampada scialitica con ampie possibilità di regolazione dell'illuminazione e delle posizioni di lavoro.
 - 1.4. Faretra portastrumenti ad almeno 4 posti, completa di:
 - 1.4.1. N. 1 siringa aria – acqua;
 - 1.4.2. N. 1 ablatore piezoelettrico;
 - 1.4.3. N. 1 micromotore elettrico (velocità variabile fino a 40.000 giri/min. circa);
 - 1.4.4. N. 2 turbine ad aria a fibra ottica (complete di manipolo micromotore, manipolo ablatore, accessori d'uso ed inserti);
 - 1.4.5. N. 1 manipolo dritto (rapporto di riduzione 1/1).
 - 1.5. Possibilità di comando e controllo delle diverse funzioni tramite pedaliera.
 - 1.6. Compressore a secco con dispositivo anticondensa:
 - 1.6.1. Basso livello di rumorosità
 - 1.6.2. Adeguata potenza
 - 1.6.3. Motore esterno da posizionare in altro locale
 - 1.7. Sistema aspirante
 - 1.7.1. Elevata potenza aspirante
 - 1.7.2. Completo di separatore
 - 1.7.3. Motore esterno da posizionare in altro locale
2. N. 1 sigillatrice per buste;
3. N. 1 autoclave alimentata elettricamente con generazione interna del vapore:
 - 3.1. Camera interna da circa 25 litri
 - 3.2. Ciclo ferri, gomma e tessuti
 - 3.3. Completa di contenitori portastrumenti
 - 3.4. Controllo a microprocessore con possibilità opzionale di collegamento a stampante

4. Arredi specifici:

- 4.1. N. 1 piano di lavoro in materiale ad alta resistenza e facilmente lavabile con sottostanti cassettiere, lunghezza complessiva pari a circa 2 metri;
- 4.2. N. 1 cassettera di servizio su ruote (servomobile);
- 4.3. N. 1 sgabello operatore su ruote.