

SCHEDA TECNICA DEI BENI E DEI DISPOSITIVI MEDICI OFFERTI

RIUNITO DENTISTICO

1. Ditta produttrice: _____
2. Modello: _____
3. Anno di immissione sul mercato nazionale: _____
4. Codice CIVAB: _____
5. Caratteristiche generali
 - 5.1. spazio minimo per alloggiamento: _____
 - 5.2. peso: _____ (Kg.)
6. Faretra portastrumenti
 - 6.1. ☐ Articolato ☐ Solidale con poltrona
 - 6.2. Modalità recupero cordoni: _____ (descrivere)
 - 6.3. Capacità massima moduli/strumenti: _____
7. Moduli/Strumenti
 - 7.1. Siringa: _____
 - 7.2. Micromotore elettrico
 - 7.2.1. Velocità minima: _____
 - 7.2.2. Velocità massima: _____
 - 7.2.3. Descrizione: _____
 - 7.2.4. Sistema inserimento frese: _____
 - 7.2.5. Spray integrato: ☐ sì ☐ no
 - 7.3. Turbina
 - 7.3.1. Velocità minima: _____
 - 7.3.2. Velocità massima: _____
 - 7.3.3. Descrizione: _____
 - 7.3.4. Sistema inserimento manipolo: _____
 - 7.3.5. Spray integrato: ☐ sì ☐ no
 - 7.3.6. Manipolo 1
 - 7.3.6.1. Descrizione: _____
 - 7.3.6.2. Velocità minima: _____
 - 7.3.6.3. Velocità massima: _____
 - 7.3.6.4. Sistema inserimento frese: _____
 - 7.3.6.5. Spray integrato: ☐ sì ☐ no
 - 7.3.7. Manipolo 2
 - 7.3.7.1. Descrizione: _____
 - 7.3.7.2. Velocità minima: _____
 - 7.3.7.3. Velocità massima: _____
 - 7.3.7.4. Sistema inserimento frese: _____
 - 7.3.7.5. Spray integrato: ☐ sì ☐ no
8. Gruppo idrico
 - 8.1. Risciacquo automatico: ☐ sì ☐ no
 - 8.2. Possibilità di installare un separatore di amalgama: ☐ sì ☐ no
 - 8.3. Possibilità di aggiungere sostanze disinfettanti all'acqua: ☐ sì ☐ no
9. Sistema di aspirazione
 - 9.1. Rumorosità massima: _____ (dB)
 - 9.2. Caratteristiche aspirazione: _____

10. Lampada scialitica

10.1. Corpo lampada: monofaro multifaro

10.1.1. Se multifaro, numero fari: _____

10.2. Lampada di sicurezza: ☐ sì ☐ no

10.3. Predisposizione per telecamera: ☐ sì ☐ no

10.4. Intensità luminosa minima (lux): _____, massima _____

10.5. Intensità luminosa alla distanza di 1 m (lux): _____

10.6. Raggio campo illuminato a distanza di 1 m (cm): minimo _____, massimo _____

10.7. Profondità di illuminazione (cm): _____

10.8. Temperatura di colore (°K): _____

10.9. Regolazione intensità luminosa (descrivere): _____

10.10. Vita media lampada (ore): _____

10.11. Rotazione su stessa (gradi): _____

10.12. Rotazione rispetto asse verticale (gradi): _____

10.13. Regolazione altezza (minima e massima in cm): _____

10.14. Presenza di sistemi automatici di frenaggio e/o di fermo: ☐ sì ☐ no

10.14.1. Se sì, descrivere _____

10.15. Solidale con la poltrona: ☐ sì ☐ no

11. Poltrona operatoria

11.1. Modello: _____

11.2. Trendelemburg: ☐ sì ☐ no

11.3. Rivestimento: _____ (descrivere)

11.4. Numero sezioni: _____ ☐ schienale, ☐ testa, ☐ seduta

11.5. Numero posizioni memorizzabili: _____

11.6. Poggiatesta regolabile: ☐ sì ☐ no

11.7. Altezza da terra: minima _____ (cm), massima _____ (cm)

COMPRESSORE

1. Ditta produttrice: _____

2. Modello: _____

3. Potenza: _____

4. Capacità: _____

5. Rumorosità massima (dB): _____

SIGILLATRICE

1. Ditta produttrice: _____

2. Modello: _____

3. Dimensione massima buste: _____ (cm)

4. Dispositivi di sicurezza e protezione: _____

AUTOCLAVE

1. Ditta produttrice: _____

2. Modello: _____

3. Anno di immissione sul mercato nazionale: _____

4. Volume della camera (litri): _____

5. Dimensioni camera (l x h x p): _____ x _____ x _____ cm

6. Dimensioni esterne (l x h x p): _____ x _____ x _____ cm

7. Descrizione dettagliata delle caratteristiche costruttive e delle finiture interne:

8. Rumorosità massima durante il ciclo (dB): _____

9. Sistema di gestione della autoclave: _____

10. TEMPERATURA E PRESSIONE

10.1. Range di temperatura: min: _____ Max: _____

10.2. Pressione di esercizio (bar): _____

10.3. Tecnologia di controllo della temperatura e della pressione (descrizione)

11. STERILIZZAZIONE

11.1. Descrizione dei cicli di sterilizzazione standard:

11.2. Numero di cicli di sterilizzazione personalizzabili: _____

12. Sistemi di sicurezza del prodotto e per l'operatore (descrizione):

13. Elenco delle normative a cui risponde il modello proposto:

14. INTEGRAZIONI E NOTE SUL QUESTIONARIO:

(Far precedere le note dal codice cui fanno riferimento):

15.PECULIARITA' DELL'OFFERTA:

(Descrizione delle caratteristiche di punta dei dispositivi offerti nel panorama del mercato):